

**Bericht über die Überprüfung von Krankentransportwagen (KTW)  
nach §§ 54, 54a Personenbeförderungsgesetz (PBefG)  
im Rahmen der Genehmigung des KTW nach  
§ 19 Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG)**

zur Aushändigung für Inhaberinnen und Inhaber von Genehmigungen nach § 19 u. § 23 HmbRDG in der aktuell geltenden Fassung.

Datum der Überprüfung:	
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Überprüfung:	
Halterin oder Halter des KTW:	Tel:
Amtl. Kennzeichen (ggf. geplant/reserviert):	
Kurzkennzeichen:	
Fahrzeug-ID:	
Kfz.- Hersteller / Typ:	
Aufbauhersteller:	

- Rote Leuchtstreifen nach § 52 Abs.10 StVZO, 1- oder 2-fach horizontal umlaufend
- Konformitätsbescheinigung (Ausbau) liegt vor
- Neufahrzeug
- Gebrauchtfahrzeug, Erstzulassung:
- TÜV-/DEKRA-Gutachten liegt vor
- TÜV-Bericht liegt vor, TÜV bis: \_\_\_\_\_

## Teil A, Krankentransportwagen (KTW) Typ A2

Ifd. Nr.	1. Allgemeine Fahrzeug-Anforderungen	Ifd. EN-Nr.	Prüfvermerke
1.1	Karosserie, außen, allgemeiner Zustand		
1.2	Reifen, Zustand		
1.3	Maximale Außenmaße, max. Länge/Breite entspr. der Richtlinie 92/21/EWG, Höhe 3000 mm	4.1.2	
1.4	Rundumkennleuchten für blaues Blinklicht	4.3.5	
1.5	Akustische Warneinrichtung, Signalhorn	4.3.5	
1.6	Funkanlage/Kommunikationseinrichtungen müssen mit den nationalen Vorschriften übereinstimmen	4.3.2.2	Firma:
1.7	Einladebereich, Heckklappenhöhe mind. 1800 mm,	4.4.6	
1.8	Notausstieg, ggf. zugl. Seitentür, B. 660, H.1200 mm	4.4.5	
1.9	Sicherung Türen außen / innen, optische oder akustisches Signal zur Anzeige nichtgeschlossener Tür	4.4.6.1	
1.10	Fenster hinten u. seitlich, mind. 2 St.	4.4.6	
1.11	Stromkreise, 4 getrennte Teilanlagen mit eigenen, leicht zugänglichen Sicherungen	4.3.3.7	

## Teil A, Krankentransportwagen (KTW) Typ A2

Ifd. Nr.	2. Krankenraum	Ifd. EN-Nr.	Prüfvermerke
2.1	Innenmaße des Krankenraumes mind.: Höhe 1600, Breite 1550, Länge 2610 mm	4.5.2	
2.2	Trennwand mit Fenster u. Vorhang, Energie absorbierende Verkleidung oberhalb der Tragenebene einschl. Schränke u. Schubladen	4.4.4	
2.3	Vollständige Verkleidung Dach, Wände, Türen	4.5.1	
2.4	Ablageflächen m. abgerundeten Kanten, Schubladen m. Sicherung gegen selbsttätiges Öffnen.	4.5.1	
2.5	Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeiten	4.5.1	
2.6	Sitze für Patienten und Betreuer, mind. 2 St., falls starrer Tragesessel, Freiraum 600 mm Breite, 920 mm Höhe, Kopfstützen, Gurte	4.5.3	
2.7	Steckdosen 12 V, mind. 2 St.	4.3.4.2	
2.8	Infusionshalterung f. 1 Behältnisse	4.5.8	
2.9	Heizung für Krankenraum	4.4.5.1	
2.10	Klimaanlage für den Krankenraum	4.4.5.2	
2.11	Innenbeleuchtung, regelbar, 150 – 300 Lux	4.5.6	
2.12	Lüftungsanlage – belüften / entlüften	4.5.4.1	
2.13	Haltesysteme u. Befestigung der Ausrüstung im Krankenraum, ausgelegt f. 10 g (nach Herstellerbescheinigung oder anerkannte Prüfstelle)	5.4	
2.14	Unterbringung der Medizinprodukte (Geräte) Mechanische Festigkeit, Befestigung der Geräte, Bedienteile, Kennzeichnung und Bedienungsanweisungen für Geräte	6.2	

Teil B, Krankentransportwagen (KTW) Typ A2, medizin-technische Mindest- Ausrüstung

Ifd. Nr.	1. Ausrüstung zum Patiententransport	An - zahl	optional		Prüfvermerke
			ja	Grundlag e Typ DIN EN 1789	
1.1	<b>Hersteller:</b> Haupttrage <b>Serien Nr.:</b> Fahrgestell <b>Serien Nr.:</b>	1			TÜV: TÜV:
1.2	Schaufeltrage	1	x	B	
1.3	Vakuum-Matratze	1	x	B	
1.4	Hilfsmittel zum Umlagern von Patienten	1			
1.5	Rettungstuch	1			
1.6	<b>Hersteller:</b> Trage-Sessel, <b>Serien-Nr:</b>	1			TÜV:
1.7	Satz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen	1	x	B	
1.8	Ausrüstung zur Ruhigstellung der Halswirbelsäule, Halskrause (Satz)	1	x	B	
1.9	Satz Bezüge für Kissen, Decken, Laken (Tagesmenge)	1			

Ifd. Nr.	2. Beatmung, Kreislauf, Diagnostik				
2.1	Sauerstoff stationär, einschl. Durchfluss-Messinstrument, Mengenregelung von mind. 15l/min. <b>Hersteller:</b> <b>Druckminderer SN:</b> <b>Sauerstoffsufflation SN:</b>	1			TÜV: TÜV:
2.2	Sauerstoff-Gerät, tragbar, mind. 400 l (z.B. 2-l-FI. mit 200 bar), einschl. Durchfluss-Messinstrument, Mengenregelung von mind. 15 l / min, <b>Hersteller:</b> <b>Druckminderer Serien Nr.:</b>	1			TÜV:
2.3	Defibrillator AED, Hersteller: <b>Seriennummer:</b>	1			Pads:
2.4	Mund zu Maske – Beatmungshilfe mit Anschlussmöglichkeit zur Sauerstoffbeigabe, oder Beatmungsbeutel mit Maskensatz	1			
2.5	Mundkeil, Gummi	1			
2.6	Absauggerät, tragbar, manuell	1			
2.7	Absauggerät, tragbar, nicht manuell, m. Unterdruck v. mind. 500 mm Hg und Absaugbehältnis von 1 l. <b>Hersteller:</b> <b>Serien-Nr.:</b>	1	x	B	
2.8	Pulsoxymeter <b>Serien-Nr.:</b>	1	x	B	
2.9	Blutdruck-Messgerät, manuell, m. Manschette	1	x	B	
2.10	Blutzuckermessgerät	1	x	B	
2.11	Diagnostikleuchte	1	x	B	

Teil B, Krankentransportwagen (KTW) Typ A2, medizin-technische Mindest- Ausrüstung

Ifd. Nr.	3. Pflegehilfsmittel und Wundversorgung	Anzahl	optional		Prüfvermerke
			ja	Grundlage Typ DIN EN 1789	
3.1	Infektionsschutzwäsche	2			
3.2	Einmal-Handschuhe, nicht steril, Paare in versch. Größen	10			
3.3	Nierenschale	2			
3.4	Brechbeutel	10			
3.5	Bettpfanne und Urinflasche m. Deckel, je 1	2			
3.6	Abfallbehälter für Infektiöses u. spitzes Material, mind. 1l	1			
3.7	Flächendesinfektionsmittel	1			
3.8	Handdesinfektionsmittel, fest oder flüssig	1			
3.9	Einweg- Handtücher, Paket mit mind. 50 Stück	1			
3.10	Kleiderschere	1			
3.11	Heftpflaster, 1 Rolle				
	Kompressen 100 x 100 mm, steril, 10 St.				
	Verbandpäckchen klein, mittel, groß, je 2 St.				
	Wundschnellverbände ( Pflaster), handels-üblich Set in ver. Größen				
	Verbandtuch BR 350 x 450 mm, 4 St.				
	Verbandtuch 600 x 800 mm, 4 St.				
	Verbandtuch 800 x 1200 mm, 2 St.				
	Elastische Binden 4m x 8 cm, 4m x 6 cm, je 4 Stück				
	Dreiecktücher, 2 Stück				
	Rettungsdecken, metallisierte Polyesterfolie, 2 Stück				

<b>lfd. Nr.</b>	<b>4. Rettungs- und Schutzausrüstung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Prüfvermerke</b>
4.1	Handscheinwerfer ( nicht ex-geschützt)	1	
4.2	Feuerlöscher AB ( Pulver), mind. 6 KG Löschmittelinhalt	1	
4.3	Gurtdurchtrenner für Sicherheitsgurte	1	
4.4	1 Warndreieck gemäß StVZO bis 2,8 t oder 1 Warndreieck und 1 Warnleuchte bei mehr als 2,8 t zul. Gesamtgew.		
4.5	Warnwesten	2	
4.6	Sicherheits- / Schutzhandschuhe, Paare	2	
4.7	Persönliche Schutzbekleidung der Fahrzeugbesatzung entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften		
4.8	Hinweis auf § 17 HmbRDG i.V.m. § 18 BOKraft: Winterreifen, Schneeketten, Spaten und Hacke sowie Abschleppseil oder -stange sind entsprechend den jeweiligen Straßen- und Witterungsverhältnissen mitzuführen		Der Fahrzeugführer wurde auf den vorstehenden Punkt hingewiesen.

## Prüfergebnis

**Die Behebung der angeführten Mängel, ist der Behörde bis zum Schriftlich anzuzeigen.**

Eine Wiedervorführung ist:  nicht erforderlich  erforderlich

**falls ja, bis**

Dieses Fahrzeug ist gemäß Beiblatt des vorgelegten Gutachtens zur Erlangung einer Einzelgenehmigung nach § 13 EG-FGV, ausgestellt von der DEKRA am \_\_\_\_\_ als Typ B der DIN EN 1789 „Notfallkrankswagen“ ausgebaut, entspricht jedoch von der Ausstattung und medizin-technischen Ausrüstung her einem Krankentransportwagen Typ A2 der DIN EN 1789. Es darf nur zum Betreiben von Krankentransport nach § 3 Abs. 2 HmbRDG verwendet werden. (nur optional)

Das Fahrzeug ist hinsichtlich der technischen Anforderung Ausrüstung (Prüfbericht Teil A und B) für die Verwendung im Rahmen der o.g. geltenden Genehmigung von der Behörde für Inneres und Sport, Feuerwehr, einer Sichtprüfung unterzogen worden. Nicht überprüft wurde der DIN-konforme Fahrzeugausbau.

Dieser Bericht gilt nur für den Nachweis der Verwendungseignung zum Zeitpunkt der Prüfung und ist nicht für Dritte bestimmt.

Die Überprüfung des genannten Fahrzeugs ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr wird durch einen besonderen Bescheid festgesetzt.

Der Bericht besteht aus acht Seiten.

---

Unterschrift des Firmenbeauftragten

---

Name in Druckbuchstaben

---

Unterschrift der prüfenden Stelle

---

Name in Druckbuchstaben

Die Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben des Artikels 13 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten:

---

Unterschrift des Firmenbeauftragten

---

Name in Druckbuchstaben

---

Unterschrift des Firmenbeauftragten

---

Name in Druckbuchstaben